

Spørgsmål / svar
pr. 14. december 2012
vedr.
Annoncering 1-23-4-101-32-12
Redigeret pr. 14.12.2012 fra spm. 3

Udbud på Op-lejer til THG

Spørgsmål 1	1.6/5.6 Hvad menes der med "frøleje"? -Tænker I hermed på knæ/albue position?
Svar 1	Med frøleje mener vi, at bendel med gu-bøjle på, kan sænkes og spredes.
Spørgsmål 2	1.14 Hvornår forventes en flytning og vil der i det nye byggeri, være forberedt med brønd og kabelføring?
Svar 2	Flytning er sat til sommer 2017, men dette kan rykke sig, såfremt der vil være en forsinkelse i opførelsen af Det Nye Universitetshospital. Det er helt nye bygninger op-lejerne skal flyttes til. Der vil ikke være en brønd, men derimod "under gulv, over ophængt luft". Der vil være forberedt kabelføring.
Spørgsmål 3	Der ønskes tilbud på 2 lejesokler og 3 lejetoppe. Hvad er årsagen til 3 toppe? Vil det være acceptabelt med 2 lejetoppe, der er modulopbygget, så de kan tilpasses alle specialer. En sådan løsning vil være væsentlig billigere.
Svar 3	Nej, det vil ikke være acceptabelt med 2 toppe. Det er en nødvendighed med 3 toppe, da vi skal kunne vende patienterne over på andet leje peroperativt.
Spørgsmål 4	Ønskes der 1 transportør pr. lejetop?
Svar 4	Der ønskes ikke 1 transportør pr. lejetop, men to transportører til 3 lejetoppe.
Spørgsmål 5	Der ønskes faste sokler. Hvad skal der indregnes til denne leverance?
Svar 5	Der skal indregnes alle omkostninger vedr. montering og levering af det i udbudsmaterialet efterspurgte produkt.
Spørgsmål 6	Findes der indstøbningsramme i dag? Hvilket fabrikat og tilstand er den i så fald.
Svar 6	Tekniks afdeling mener ikke at der i dag findes en indstøbningsramme. I tilfælde af at leverandørerne ikke mener dette er tilstrækkeligt svar er det muligt for leverandøren at besigtige en af op-stuerne d.20.12.2012 kl. 15.30. Tilmelding skal ske til udbudsansvarlig indkøber Louise Skov. Det skal gøres opmærksom på at det alene vil være Louise Skov der er tilstede og at der ikke må stilles yderligere spørgsmål til besigtigelsen.
Spørgsmål 7	Er der hugget ud i gulv til indstøbningsramme?
Svar 7	Se svar 6
Spørgsmål 8	Er der føringsbakker til kabler til strøm?
Svar 8	Ja, det er der. Er disse ikke tilstrækkelige for leverandørens op-leje vil ordregiver sørge for ekstra kabelføring. På ordregivers regning.
Spørgsmål 9	Er gulvet omkring indstøbningsrammen helt plant?
Svar 9	Gulvet er plant, men formentligt ikke helt plant. Teknisk afdeling mener ikke at gulvet kan give anledning til problemer. Leverandøren har mulighed for at besigtige gulvet d. 20.12.2012 kl. 15.30. Tilmelding skal ske til udbudsansvarlig indkøber Louise Skov. Det skal gøres opmærksom på at det alene vil være Louise Skov der er tilstede og at der ikke må stilles yderligere spørgsmål til besigtigelsen.
Spørgsmål 10	Hvad udføres af bygherren og hvad skal vi sørge for? Støbes der til efterfølgende?
Svar 10	se svar 2.
Spørgsmål 11	Er der ført strøm frem til lejet?
Svar 11	Ja, det er da. Ligeledes vil ordregiver på dennes regne kunne tilføre mere, såfremt det ikke skulle være tilstrækkeligt.
Spørgsmål 12	Hvad skal der indregnes til flytningen til Skejby?

Svar 12	Alle omkostninger vedr. flytningen skal indregnes. Se nærmere om faciliteterne i svar 2.
Spørgsmål 13	Gulvindstøbningsramme? Indstøbning? Kabelføring?
Svar 13	Det formodes at dette spørgsmål stadig drejer sig om flytningen til Det nye universitetshospital. Der henvises til svar 2.
Spørgsmål 14	Hvornår skal flytning ske. (vigtigt af hensyn til løn og pris udregning.)
Svar 14	Der henvises til svar 2.
Spørgsmål 15	Kan vi alternativt tilbyde fast mobil sokkel? Det vil gøre flytning til et meget lille problem og omkostning.
Svar 15	Alternative tilbyd tillades ikke, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.18.1.
Spørgsmål 16	Ad 1.3 og 5.3 Når der ønskes gennemlysning i hele lejets længde og bredde uden obstruction, menes der så, at man kan gennemlyse patienten uden at behøve at flytte patienten på lejetoppen men udelukkende ved hjælp af længdeforskydningen? I så fald er det vigtigt at få oplyst soklens bredde i forhold til længdeforskydningen. (det hjælper ikke med en lang forskydning hvis soklen er bredere).
Svar 16	Ja, der ønskes at gennemlysningen kan ske uden at flytte patienten på lejetoppen. Det er ikke ordregiver, men leverandøren der skal fremkomme med deres mål.
Spørgsmål 17	Ad 1.5 og 5.5 Hvad menes med benløft og benspredning? Hvilke indgreb er det tænkt til?
Svar 17	Med benløft menes der at benene kan hæves og med benspredning menes der at benene skal kunne spredes fra hinanden. Frøleje/bugleje med sænkede og spredte ben benyttes til rektale operationer.
Spørgsmål 18	Ad 1.18 og 5.18 Hvad menes med røtgenvinduet?
Svar 18	Med røtgenvindue menes der den del der kan gennemlyses.
Spørgsmål 19	Ad 1.24 og 5.24 Er det et krav at indstilling af tilbehør, hovedgærde og armborde skal foregå hydraulisk? Menes der hydraulisk indstilling af benstøtter eller menes der gasfjeder assisteret indstilling?
Svar 19	Det er ikke et krav at tilbehør, hovedgærde og armborde skal foregå hydraulisk, da det er et bør-krav. Men det vægtes positivt at alt tilbehør er hydraulisk. Ja, der menes hydraulisk og ikke gasfjeder assisteret indstilling.
Spørgsmål 20	Ad 1.25 og 5.25 Hvad menes der her? Menes der, at benpladen kan svinges ud i 90 grader i vandret plan, når patienten ligger på siden på lejet?
Svar 20	Ja, det er korrekt at der ønskes en bendel til lejet, der kan svinges ud i 90 grader i vandretplan, når patienten ligger på siden af lejet.
Spørgsmål 21	Ad 1.29 Hvor kommer vaccummadrasser fra? Er det nogen der skal med i tilbud? Hvordan skal de kunne gøres fast? Med velcro?
Svar 21	Ja, der skal tilbydes madrasser med til lejet. Det er ikke et mindstekrav at det er vaccummadrasser, men dette vægtes positivt. Det er op til leverandøren hvorledes madrasserne fastgøres så længe løsningen er i overensstemmelse med de øvrige krav.
Spørgsmål 22	Ad 2.2 og 6.2 Kan tekniske manualer være på engelsk i henhold til EU reglerne?
Svar 22	Nej, det kan ikke accepteres at de tekniske manualer er på engelsk efter afleveringen. De skal være på dansk.
Spørgsmål 23	Ad 2.3 og 6.3 Hvad er det der ønskes her? Liste udbedes med ønsket udstyr.
Svar 23	Der ønskes oplyst alt nødvendigt løst udstyr til grundlejerne, for at kunne anvende lejerne til de under generelle krav nævnte funktioner, skal være indeholdt

	i det afgivne tilbud og pris. For løst udstyr skal fabrikat, type, model osv. tydeligt fremgå. Liste over udstyr findes i kontraktbilag 2, tilbudslisten.
Spørgsmål 24	Ad 2.4 og 6.4 Er dette et krav? Prisen for en sådan service bliver meget høj, er det en nødvendighed for denne type produkt? Normal tilkaldetid er 24 timer indenfor normal arbejdstid. Kan dette accepteres? Hvor skal dette prissættes?
Svar 24	24 timer kan accepteres. Dette skal prissættes i kontraktbilag 2, tilbudslisten hhv. pos. nr. 1 og 2.
Spørgsmål 25	Ad 2.7 og 6.7 Hvor skal dette prissættes?
Svar 25	Dette skal prissættes i kontraktbilag 2, tilbudslisten hhv. pos. nr. 1 og 2.
Spørgsmål 26	Ad 2.8 og 6.8 Hvordan skal dette beskrives? Hvad ønsker man at få at vide?
Svar 26	Der ønskes beskrevet leverandørens procedure for vagt ordningen samt vagtordningens evner til at løse opgaver. Ligeledes bedes en ca. ventetid oplyst.
Spørgsmål 27	Ad 2.11 og 6.11 Hvad menes der med dette?
Svar 27	Hermed menes at der ønskes der at der vedlægges kursusbeskrivelse samt hvor mange deltagere og antal kurser der er indeholdt i prisen. Jo, flere jo bedre.
Spørgsmål 28	Ad 3.1 og 7.1 Hvad menes der med dette? Hvilke bevægelser ønskes der?
Svar 28	Ja, det ønskes at lejet skal kunne gå i alle af de beskrevne bevægelser. Altså at lejet frit skal kunne hæves, sænkes, kippes og drejes i alle retninger.
Spørgsmål 29	Ad 3.5 og 7.5 Hvordan skal man kunne oplære personalet i brug af lejerne inden de er leveret? Ønskes undervisning andet sted? Hvem betaler rejse og ophold i så fald?
Svar 29	Ja, undervisningen kan foregå et andet sted eller ved virtuel visning med senere opfølgning af undervisningen på afdelingen, når lejet er monteret. Alle omkostninger i forbindelse med undervisningen afholdes af leverandøren, jf. udkast til kontrakt, pkt. 5.4.1.
Spørgsmål 30	Ad 7.9 Hvilke tolerancer ligger til grund for en sådan vurdering?
Svar 30	I det der er tale om et bør-krav og ikke et mindstekrav er der ikke opsat en specifik tolerance. Det der måles på er alene jo mere stabilt, jo bedre.
Spørgsmål 31	Ad 3.12 og 7.12 Ønskes der både en kabel betjening og en fjernbetjening til hvert leje? Hvad er grunden til kabelfjernbetjening? Vil en fjernbetjening der kan programmeres af brugerne på få sekunder være en bedre løsning?
Svar 31	Ønsket om både at have en kabel fjernbetjening og en fjernbetjening er at den ekstra bruges til ekstra sikkerhed/i nødstilfælde. Der ønskes den fjernbetjening som hører til lejet, hvilket godt kan være den beskrevne samt en kabel fjernbetjening.
Spørgsmål 32	Ad 3.14 og 7.14 Hvordan skal det beskrives? Er det OK med billeder i brochurer og brugsanvisning?
Svar 32	Ja, det er ok at beskrive knækkene via billeder i brochurer og brugsanvisninger. Leverandøren får endvidere mulighed for at demonstrere disse ved tilbudspræsentationen d. 16. januar 2013.
Spørgsmål 33	Ad 3.16 og 7.16 Hvad menes der med at madrasserne skal kunne monteres og afmonteres under operationen? Ligger patienten ikke på madrassen?
Svar 33	Det er en fordel at kunne skifte madrasserne ved f.eks. bendele peroperativt og ved rengøring.
Spørgsmål 34	Ad 3.18 og 7.18 Hvordan skal det dokumenteres, at velcrobånd let kan skiftes. Er det OK at skrive, at man kan påklastre nye velcrobånd på madrasserne og på lejeflade mm.?
Svar 34	Ja, det er tilstrækkeligt at skrive, såfremt madrassen ikke ødelægges af udskiftningen af velcrobåndene.
Spørgsmål 35	Ad 4.1 og 8.1 Hvad menes der? Vi leverer ikke rengøringsmidler. Vedr. tilbusliste:

	Hvad skal prissættes under delaftale punkt 1? 2 sokler, 3 lejetoppe og 3 transportører? Montering? Under optioner delaftale 1 punkt 7 står der 1x2 støvler. Hvad er det?
Svar 35	Det medgives at kravet er noget uklart. Hermed menes der at lejer og madrasser skal kunne tåle de godkendte desinfektionsmidler. Under delaftale pkt. 1 skal der prissættes alt det, der er nødvendigt for at have operative op-lejer. Altså montering, undervisning, sokler mv. De forhold der ikke skal medtages i denne prissætning er det i optionerne oplyste udstyr. Støvler er en støvle, som foden sættes ned i. Den benyttes i stedet for en GU bøjle.
Spørgsmål 36	Hvor mange teknikere forventes uddannet på kursus?
Svar 36	Der er ikke et forventet antal, men jo flere jo bedre.
Spørgsmål 37	Der ønskes "fast" sokkel.. Må man også tilbyde "mobil" sokkel. Der er nogle af brugerne, der kan se fordele i dette. Kan det evt. tjekkes igen hos personale.
Svar 37	Nej, det er ikke tilladt at tilbyde mobil sokkel i delaftale 1. Det er alene i delaftale 2 at der ønskes mobile op-lejer.
Spørgsmål 38	Må man tilbyde alternative tilbud?
Svar 38	Alternative tilbud tillades ikke, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.18.1.