

Rettelsesblad 4

Offentliggjort den 12. august 2014

Alle ændringer er markeret med rødt i materialet som tilføjelser og markeret med overstreget rødt skrift, når noget af teksten skal fjernes:

Udbudsbetingelserne

Pkt.	Gammel tekst	Ny tekst
8	Der skal fremsendes 3 ens eksemplarer af hver vareprøve til adressen nævnt under punkt 7.2.	Der skal fremsendes 3 ens eksemplarer af hver vareprøve til adressen nævnt under punkt 7.2, dog ikke af position 9.3 på kontraktbilag 2 - tilbudslisten, hvor produktet er identisk med 9.2. Hvis emballagen på 9.3 afviger fra 9.2 udover antal i pakningen, skal der fremsendes en enkelt pakning som vareprøve.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer og løsningsbeskrivelse

Pkt.	MK / KP	Gammel tekst	Ny tekst
2.21	KP	Det vægtes positivt, at tamponer har en høj sugsevne, angiv hvor mange ml væske pr. cm ² tamponerne kan suge. Jo bedre sugsevne jo højere honoreres kravet .	Det vægtes positivt, at produktet har en høj sugsevne. Angiv ud for den enkelte position sugsevnen pr. styk målt i procent i forhold til vægten i tør tilstand. Jo bedre sugsevne jo højere honoreres kravet. Dette angives på tilbudslisten.
5.10	KP	Det vægtes positivt, at begge kontrolmærker har perforeret afrivningskant.	Kravet udgår!
11.8	MK	Det er et mindstekrav, at tamponerne på gazepindene er forsynet med skjult elastiklignende tråd for at samle tamponen.	Det er et mindstekrav, at tamponerne på gazepindene er forsynet med skjult eller synlig elastiklignende tråd for at samle tamponen.

Kontraktbilag 2 - Tilbudsliste

Delaftale 11 – pos. 11.6 - 11.10

Der er indsat ekstra linier til positioner med andre pakkestørrelser. Husk at skrive positionsnr. på linien. Tekst vil automatisk blive overført.

Udkast til kontrakt

Ingen ændringer.