

**Rettelsesblad 4**

Rettelsesblad til udbud af  
Pacemakere, ICD'er, Loop Recorder og elektroder

**Rettelse 1: Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen pkt. 5.9:**

Til udbudsbetingelserne **tilføjes** følgende tekst (markeret med **grønt**):

<b>Delaftale 5: LV elektroder / Elektroder til Biventrikulærer pacemakere</b>			
<b>5</b>	<b>Krav-type</b>	<b>Krav til leverancen</b>	<b>Tilbudsgivers besvarelser</b>
<b>5.1</b>	MK	Elektroderne <b>skal</b> kunne indføres med 7F <b>eller</b> 8F introducer.  Bekræft, at det tilbudte opfylder dette	<input type="checkbox"/>

**Rettelse 2: Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen pkt. 5.9:**

Til Mindstekravet **fjernes** følgende tekst (markeret med **grønt**):

<b>Service</b>			
<b>6</b>	<b>Krav-type</b>	<b>Krav til leverancen</b>	<b>Tilbudsgivers besvarelser</b>
<b>6.1</b>	MK	Tilbudsgiver <b>skal</b> have en <b>stærk</b> organisation med mindst 2 <b>veluddannede</b> , fuldtidsansatte og dansktalende produktspecialister, som i fornødent omfang kan bistå køber i problemstillinger relateret til de tilbudte produkter.  Bekræft, at det tilbudte opfylder dette	<input type="checkbox"/>