

Indkøb og Logistik

Annoncering, indkøb af medicinsk godkendte Panel Pc'er til brug på operationsstuer i Hospitalsenheden Vest - Tilbudsfrist: 06.04.2011 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar pr. 22 marts 2011

Spørgsmål:	Svar:
1: Skal PC have blæser løs køling?	Nej, ikke nødvendigvis.
2: Kan det oplyses hvordan antallet af PC'er er fordelt mellem 17" og 19" ?	Der vil blive valgt enten 17" eller 19"
3: Skal Ethernet være isoleret?	Ja, skal være medicinsk godkendt.
4: Skal der være 1 eller 2 gange Ethernet?	Minimum 1, der må gerne være flere (vil ikke blive vægtet)
5: Skal der angives monteringsløsning for tastatur og mus?	Nej.

Med venlig hilsen

Knud-Erik Christensen
Indkøber
Tel. +45 9912 6015 ^a Mobil 2222 8940
Staben ^a Økonomi
Hospitalsenheden Vest ^a Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12 ^a DK-7500 Holstebro

midt
regionmidtjylland

Dato: 22. marts 2011
Sagsbehandler:
Knud-Erik Christensen
Tel. 99126015
e-mail: knuchris@rm.dk
Sagsnr.
Side 1/