

Levering af loftliftesystem og tilhørende montageentreprise, Regionshospitalet Randers

	Spørgsmål	Svar
1.	Krav 3 Levering af 2 stk. rumdækkende loftliftesystem til Sengestue Type C med en løftekapacitet på min. 350 kg. Kan det bekræftes at disse 2 rum vil skulle anvendes bariatriske patienter?	Det bekræftes at loftliftesystem i sengestue C også skal kunne anvendes til bariatriske patienter, hvis det er nødvendigt. Ellers anvendes loftliftesystem til alle patientgrupper.
2.	Vedr Option omkring integreret vægt: Så vidt vi er orienteret findes der kun 1 leverandør der kan levere denne option. I og med netop dette forhold vægtes særligt højt jf. tekst ser vi det som om at denne leverandør vil have en klar konkurrencemæssig fordel. Det vil derfor kunne diskuteres hvorvidt dette projekt i virkeligheden er blevet konkurrenceudsat.	Tilbudsliste er ændret således der kun skal oplyses en samlet pris. Løsning med integreret vægt er ikke et krav, men som driftsmæssigt vægtes højt. Løsningen vurderes i forhold til funktionalitet, som vægtes lavere end pris. Dermed er projektet konkurrenceudsat.
3.	Er det acceptabelt at der fremsendes produktblade med tekniske specifikationer på Engelsk?	Ja
4.	Er der mulighed for at i fremsender rumtegninger med de eksakte mål? Kan godt se der er et mål forhold 1-50 men det vil være med en vis usikkerhedsmargin at man selv begynder at måle efter med en linieal.	Tegninger af de aktuelle rum uploades også som dwfx-filer, således der kan laves en mere nøjagtig opmåling.
5.	Omkring tilbudsfrist – står anført frist til Torsdag d. 2. April (2. April er Onsdag) – er det Torsdag der er gældende eller er det d. 2. April	Tilbudsfrist er torsdag den 3. april.

6.	Mangler rum størrelse/str. På liftdækning, på Sengestue A + B	Tegninger af de aktuelle rum uploades også som dwg-filer
7.	Vedr. pkt. 10, (under leverancens omfang og karakter) på tilbudsbeskrivelse – Hvad menes med denne option, skal denne prissættes når vi kan tilbyde integreret vægt	Vægt skal ikke prissættes, men tilbudsliste er revideret. Vedr. pkt. 10 skal der redegøres for løsningen
8.	Vedr. punkt 3, (under funktionalitet) hvad skal der her redegøres for her, er det håndbetjening – da skinner bliver beskrevet i efterfølgende pkt. 4	Besvarelse af pkt. 4 udgår
9.	Under kravspecifikation – Omfang og karakter, 3.4. Krav til Loftliftens løftekapacitet. <i>Her fremgår, at:</i> Levering af 2 stk. rumdækkende loftliftesystem til Sengestue Type C med en løftekapacitet på min. 350 kg. Levering af 1 stk. rumdækkende loftliftesystem til CT-scanner med løftekapacitet på min. 350 kg. <i>Spørgsmål:</i> Kan en minimum løftekapacitet til Sengestue Type C og CT-scanner accepteres på min. 275 kg.?	Minimumskrav på 350 kg. fastholdes
10.	Under kravspecifikation – Omfang og karakter, 10. Levering og montage af 21 vægtmodul til brug for overvågning af ændringer i patienternes vægt. <i>Spørgsmål.</i> Er det et krav at vægtmodulet skal være Medicinsk godkendt?	Vægt behøver ikke være medicinsk godkendt
11.	Under kravspecifikation – Funktionalitet, 8. Opladning skal kunne finde sted via skinneresystem. Beskriv opladningsfunktion og installationskrav. <i>Spørgsmål.</i> Ved at fastsætte et krav om at skinneresystemet skal være	Krav om opladning via skinneresystem fastholdes

	<p>strømførende, afskriver udbyder sig muligheden for at modtage tilbud på de forskellige typer af loftliftsystemer der findes på markedet og afgrænser sig til at modtage tilbud fra få leverandører. Samlet vil Udbyder afgrænse sig til et begrænset udbud.</p> <p>Et skinnesystem med strømførende skinner er dyrere i indkøb, dyrere at montage og risikoen for periodisk tidskrævende fejl større.</p> <p>Vi vil gerne anbefale Udbyder til at frafalde minimumskravet om strømførende skinnesystem, eller tilføje at ladning via håndbetjening også accepteres.</p>	
--	--	--