

Rettelsesblad
pr. 21. marts 2014
vedr.
EU Udbud 2014/S 049-081363

Udbud af skylledekontaminatorer

Rettelse 1 pr. 13. marts 2013:

- Udbudsbetingelser pkt. 1.19.1:

Tidligere tekst:

Kvalitet og funktionalitet vurderes på baggrund af tilbudsgivers besvarelser af kravspecifikationens bør-krav.

Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.

Erstattes af:

Kvalitet og funktionalitet vurderes på baggrund af tilbudsgivers besvarelser af kravspecifikationens bør-krav samt på baggrund af tilbudsgivers produktpræsentation.

Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.

Rettelse 2 pr. 21. marts 2013:

- Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation

Tilføjes:

1	Mindstekrav/ Bør-krav	Krav	Tilbudsgivers besvarelser
1.46	Bør-krav	<p>Det vægtes positivt, såfremt at skylledekontaminatoren har et så lavt el-forbrug som muligt.</p> <p>Opgiv det samlede el-forbruget i kWh for en cyklus, der indeholder: skyl, vask, desinfektion og tørring til desinfektionsniveau Ao =60.</p>	

Der vil efter 2. spørgerunde blive uploadet opdaterede udbudsbetingelser og et opdateret kontraktbilag 1 - kravspecifikation.