

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	<p>Kan maceratorer og pulp utensilier tilbydes i lige konkurrence med skylledekontaminatorer?</p> <p>Motivering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Som udbyder af alternative og konkurrerende produkter til konventionelle skylledekontaminatorer (bækkenkogere), ønsker vi at få afklaret, hvordan maceratorer til engangskolber, bækkener etc. kan tilbydes som alternativ til skylledekontaminatorer i aktuelle EU-udbud. - Med positiv udtalelse fra Miljø- og Naturstyrelsen, er maceratorer en væsentlig del af optimeret hygiejne på miljøbevidste danske sygehuse og derfor også medtaget i seneste retningslinjer fra Statens Seruminstitut: <p><i>NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN SSI - Central Enhed for</i></p>	<p>Der gøres opmærksom på, at der ikke kan afgives alternative tilbud jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.16.</p> <p>De tilbudte maskiner skal derfor være i overensstemmelse med det samlede udbudsmateriale.</p>	12.03.2014	21.03.2014

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

	<i>Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-00-7 Ref. S. 91-92</i>			
1.2	Der forefindes ingen krav om oplysning af energiforbrug. Skylldekontaminatorer er særdeles eneriforbrugende. Bør eneriforbrug ikke indgå som et væsentligt tildelingskriterie?	Se venligst rettelsesblad af 21/3 2014.	12.03.2014	21.03.2014
1.3	Der stilles ikke krav til validering eller miljøcertificering af anvendte detergenter og desinfektionsmidler. Bør detergenter og desinfektionsmidlers almene miljøpåvirkninger og arbejdsmiljømæssige påvirkninger ikke indgå, som et væsentligt tildelingskriterie?	I det at detergenter og desinfektionsmidler ikke indgår som en del af udbuddet indgår deres miljøpåvirkninger og arbejdsmiljømæssige påvirkninger ikke som et tildelingskriterium.	12.03.2014	21.03.2014
	Kan jeg spørge hvad dere efterspørger I dette udbudet - er det bare maskiner eller også materialerne?	Udbuddet vedrører alene skylldekontaminatorer.	18.03.2014	21.03.2014

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1				
2.2				

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1				
4.2				

Der vil efter 2. spørgerunde blive uploadet opdaterede udbudsbetingelser og et opdateret kontraktbilag 1 - kravspecifikation.