

**Rettelsesblad**  
**pr. 4. april 2014**  
**vedr.**  
**EU Udbud 2014/S 049-081363**

**Udbud af skylledekontaminatorer**

**Rettelse 1 pr. 13. marts 2014:**

- Udbudsbetingelser pkt. 1.19.1:

**Tidligere tekst:**

Kvalitet og funktionalitet vurderes på baggrund af tilbudsgivers besvarelser af kravspecifikationens bør-krav.

Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.

**Erstattes af:**

Kvalitet og funktionalitet vurderes på baggrund af tilbudsgivers besvarelser af kravspecifikationens bør-krav samt på baggrund af tilbudsgivers produktpræsentation.

Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.

**Rettelse 2 pr. 21. marts 2014:**

- Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation

**Tilføjes:**

1	Mindstekrav/ Bør-krav	Krav	Tilbudsgivers besvarelser
1.46	Bør-krav	<p>Det vægtes positivt, såfremt at skylledekontaminatoren har et så lavt el-forbrug som muligt.</p> <p>Opgiv det samlede el-forbruget i kWh for en cyklus, der indeholder: skyl, vask, desinfektion og tørring til desinfektionsniveau Ao =60.</p>	

### Rettelse 3 pr. 4. april 2014:

#### Tidligere tekst:

1	Mindstekrav/ Bør-krav	Krav	Tilbudsgivers besvarelser
1.29	Mindstekrav	Skylledekontaminatoren skal have et maksimalt støjniveau på 70 dB (A). Målingen af støjniveauet skal foretages i henhold til DS/EN ISO 3756:2011.	

#### Erstattes af:

1	Mindstekrav/ Bør-krav	Krav	Tilbudsgivers besvarelser
1.29	Mindstekrav	Skylledekontaminatoren skal have et maksimalt støjniveau på 70 dB (A). Målingen af støjniveauet skal foretages i henhold til DS/EN ISO 3746:2011.	

### Rettelse 4 pr. 4. april 2014:

#### Tidligere tekst:

1	Mindstekrav/ Bør-krav	Krav	Tilbudsgivers besvarelser
1.39	Bør-krav	Det vægtes positivt, såfremt skylledekontaminatoren har så lavt et støjniveau som muligt.  Oplys det maksimale støjniveau i dB(A).  Målingen af støjniveauet skal foretages i henhold til DS/EN ISO 3756:2011.	

#### Erstattes af:

1	Mindstekrav/ Bør-krav	Krav	Tilbudsgivers besvarelser
1.39	Bør-krav	Det vægtes positivt, såfremt skylledekontaminatoren har så lavt et støjniveau som muligt.  Oplys det maksimale støjniveau i dB(A).  Målingen af støjniveauet skal foretages i henhold til DS/EN ISO 3746:2011.	

Der vil efter 2. spørgerunde blive uploadet opdaterede udbudsbetingelser og et opdateret kontraktbilag 1 - kravspecifikation.