

Spørgsmål / Svar 1 – 19

pr. 15. april 2011

vedr.

EU-udbud nr.

nr. 2011/S 56-091017

**Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat
opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi.**

Spørgsmål 1:	<p>Kan det passe, at det ikke er muligt at byde ind med flere produkter pr. positionsnr.?</p> <p>Som det er i dag, så bruger ét Hospital forskellige typer der det samme produkt. Operationstypen afgør hvilket produkt der vælges.</p>
Svar 1	Afventer svar fra brugergruppen
Spørgsmål 2:	<p>Hvad må man ikke sige på tilbudspræsentationen?</p> <p>Vi har oplevet, at man i nogle regioner ikke må fortælle om ens produkter detaljeret.</p>
Svar 2	På tilbudspræsentationen må man præsentere sine produkter, bagvedliggende forskning o.l. . Man må ikke medinddrage konkurrenters produkter i præsentationen.
Spørgsmål 3:	Hvad menes med Udbudsbilag 5?
Svar 3	Udbudsbilag 5 udgår.
Spørgsmål 4	<p>Vi ønsker fragtfri levering.</p> <p>Er der ikke lovgivning for minimumskrav til f.eks. kun levering en gang om ugen eller ved ordrer under xx kroner?</p>
Svar 4	Se rettelsesblad nr. 1
Spørgsmål 5	Punkt 1.3, Jeg ved ikke helt hvad I kræver af dokumentation for slib og skarphed?
Svar 5	Det er ønsket her er dokumentation for / beskrivelse af hvordan nålen er slebet; eksempel trocarslebet, facetslebet e.l.
Spørgsmål 6	<p>Ad:Udbudsbekendtgørelsen Del II. 1.9)</p> <p>Ad: Udbudsbetingelser 1.17.4:</p> <p>Da vi i dag i regionen leverer flere alternative varianter indenfor samme positionsnummer, er det så ikke optimalt for brugerne, at der kan afgives alternative tilbud? Konsekvensen af denne betingelse vil i givet fald tvinge nogle afdelinger i Region Midt til at skifte variant.</p>
Svar 6	Se svar 1
Spørgsmål 7	<p>Ad: Udkast til kontrakt om levering af stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyler og præparatopsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi mellem XX og Region Midtjylland.</p> <p>9.1.1 Leveringsbetingelser og logistiske forhold.</p> <p>For at regionen kan opnå de laveste mulige priser, har Regionens så gjort sig nogle overvejelser om omfanget af den fri levering? Kan et sygehus f.eks. dagligt bestille enkeltpakker frit leveret? Kan en mulig løsning være en fri levering pr. sygehus pr. uge?</p>
Svar 7	Se svar 4.
Spørgsmål 8	<p>Ad: Udbudsbetingelser 1.7 Tidsplan:</p> <p>- I forbindelse med orienteringsmøde d. 29/3 blev der nævnt rettelse til tidsplan. Er det muligt at få en revideret tidsplan?</p>
Svar 8	Se rettelsesblad 1
Spørgsmål 9	<p>Ad: Udbudsbetingelser 1.10.5 Dokumentation for autorisation eller organisatorisk medlemskab.</p> <p>Hvilken autorisation eller hvilket organisatorisk medlemskab spørges der til?</p>

Svar 9	Se svar 3
Spørgsmål 11	<p>Delaftale 1. Insuffleringskanyler – Kanyler til insufflering af Co2.</p> <p>1.3 Hvilken udformning af dokumentation for slib og skarphed ønskes?</p>
Svar 11	Se svar 5
Spørgsmål 12:	<p>Delaftale 3. Trocar, porte og rør.</p> <p>3.3 Er det et ufravigeligt krav, at der skal tilbydes løse rør til disse positioner i tilbudslisten (positionnr. 47-48-54-59)? Er det et ufravigeligt krav med længde på 200mm eller skal de tilbudte produkter blot have længder mellem 50 og 200mm?</p>
Svar 12	Kravet skal forstås således, at der "blot" skal bydes ind med produkter med længder mellem 50 og 200 mm, men der skal tilbydes produkter i str. 5, 12 og 15 mm.
Spørgsmål 13:	<p>Delaftale 8. Håndtag med ligeringsclips – Skopisk kirurgi</p> <p>8.12 Må clips der lukker på en ny og innovativ måde tilbydes?</p>
Svar 13	Der må gerne bydes ind med andre lukkemåder. Det skal dog understreges, at det stadig vurderes positivt at clipsene lukkes fra spidsen og bagud.
Spørgsmål 14:	<p>Delaftale 10 Generelle krav på produkterne i delaftale 1 – 10.</p> <p>10.3 Ønskes FDA godkendelserne vedlagt? I givet fald hvor?</p>
Svar 14	Ønskes vedlagt som bilag.
Spørgsmål 15	<p>Ad: Kontraktbilag 2 Tilbudsliste</p> <p>Er skaftlængde intervallerne ufravigelige, eller menes der kort trocar 50-75 mm, standard trocar ca. 100 mm, lang trocar ca. 150 mm.</p> <p>Vil trocarer med disse skaftlængder kunne tilbydes under intervalbeskrivelsen f.eks 100mm under 100-150mm og 150mm under 155-200?</p>
Svar 15	<p>Ja, skaftlængde intervallerne er ufravigelige.</p> <p>Både 100mm og 150mm hører under intervallet 100 -150mm.</p> <p>Det skal dog her pointeres, at byder man ind på delaftale 3:1 skal man tilbyde samtlige skaftelængder, mens der ved delaftale 3:2 ikke er et mindstekrav herom.</p>
Spørgsmål 16	<p>Under Udbudsbetingelser Sagsnr. 1-23-4-72-4-10 er der medfølgende Udbudsbilag 5 "Dokumentation for autorisation eller organisatorisk medlemskab". Kan dette have relevans for ovennævnte udbud? (Hverken autorisation eller organisatorisk medlemskab er mig bekendt ikke en forudsætning for handel med utensilier til landets sygehuse)</p>
Svar 16	Se svar 3
Spørgsmål 17	<p>Det fremgår af mindstekravene i generelt for alle produkter, at de skal være engangs.</p> <p>Betyder det at vi ikke kan tilbyde en alternativ løsning i delaftale 8 til såvel åben som til skopisk kirurgi med en løsning, hvor håndtagene er flergangs og clipsene</p>

	er engangs?																								
Svar 17	Med "engangsprodukter" menes der "SINGLE-PATIENT-USE", altså et produkt der kun bruges til én operation.																								
Spørgsmål 18	Under en delaftale / overskrift skal der bydes ind på alle positioner?																								
Svar 18	<p>Nej, kun hvis det er et mindste krav.</p> <p>F.eks. delaftale 3:1, her er det et mindstekrav at der tilbydes alle tre skaftlængder samt portstr. 5, 12 og 15mm</p> <p>For delaftale 3:2 er det "kun" et krav at der tilbydes alle 3 skaftlængder – d.v.s. her kan man nøjes med at tilbydes f.eks. skaftlængde 100mm med portstr. 12. Her evalueres der så på sortimentsbrede.</p>																								
Spørgsmål 19	Hvorledes ønskes tilbudslisten udfyldt pr position, når der så tilbydes under position f.eks 65 - 69 5mm x 100mm og 5mm x 150mm, 11mm x 100mm og 11mm x 150mm etc?																								
Svar 19	<p>Har det tilbudte produkt flere varianter indenfor det oplyste interval, må der gerne tilføjes ekstra linier pr. positionsnummer</p> <p>Se nedenstående eksempel:</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Skaftlængde 100-150 mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34</td> <td>Port diameter 5 mm</td> <td><i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 100mm</i></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Port diameter 5 mm</td> <td><i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 150mm</i></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Port diameter 8 mm</td> <td><i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 100mm</i></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Port diameter 8 mm</td> <td><i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 150mm</i></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Port diameter 11 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>Port diameter 12 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>Port diameter 15 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Skaftlængde 100-150 mm		34	Port diameter 5 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 100mm</i>	34	Port diameter 5 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 150mm</i>	35	Port diameter 8 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 100mm</i>	35	Port diameter 8 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 150mm</i>	36	Port diameter 11 mm		37	Port diameter 12 mm		38	Port diameter 15 mm	
	Skaftlængde 100-150 mm																								
34	Port diameter 5 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 100mm</i>																							
34	Port diameter 5 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 150mm</i>																							
35	Port diameter 8 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 100mm</i>																							
35	Port diameter 8 mm	<i>Besvarelse vedr. Skaftlængde 150mm</i>																							
36	Port diameter 11 mm																								
37	Port diameter 12 mm																								
38	Port diameter 15 mm																								