

Rettelsesblad
pr. 15. august 2014
vedr.
EU Udbud 2014/S 142-254432

Stationære patientlifte og sejl

Rettelser:

- **Kravspecifikation punkt 1.26:**

Tidligere tekst:

Ved en løftekapacitet på minimum 350 kg., må løftemodulet maksimalt have en vægt på 22 kg.

Ændres til:

"Ved en løftekapacitet på min. 350 kg, må løftemodulet/løftemodulerne maksimalt have en vægt på 30 kg".

Såfremt tilbudsgiver tilbyder en løsning med 2 motorer der tilsammen har en løftekapacitet på min. 350kg, er kravet i pkt. 1.26 gældende for begge motorer.

- **Kravspecifikation punkt 8.3 (samt 8.10, 8.25 og 8.31)**

Tidligere tekst

"Løftesejlene skal have benstropper, der løfter på begge sider af hvert ben".

Ændres til

"Løftesejlet skal have benstropper, der fordeler trykket på lårbenet, uanset personens statur og kropsbygning".

- **Kravspecifikation punkt 5.11, 5.29, 6.11, 7.17, 8.19 og 8.39**

Tidligere tekst:

"Løftestropperne skal have forskellige længdepositioner"

Ændres til:

"Løftestropperne skal kunne forlænges".

- **Tilbudslisten positionsnummer 24**

Positionsnummer 24 i tilbudslisten, kontraktbilag 2 udgår.

- **Tilbudslisten positionsnummer 7, 14, 21 og 28**

Delaftale 2 - type 7 og 14:

Sejl str. XXXL udgår af delaftalen.

Delaftale 5 - type 7, 14, 21 og 28:

Sejl str. XXXL udgår af delaftalen.

- **Tilbudslisten positionsnummer 6, 13, 20 og 27**

Deltale 2 - type 6 og 13:

Kravet for løftesejl str. XXL, og en vægtpacitet på minimum 400 kg, ændres til en vægtpacitet på minimum 250 kg.

Deltale 5 - type 6, 13, 20 og 27:

Kravet for løftesejl str. XXL, og en vægtpacitet på minimum 400 kg, ændres til en vægtpacitet på minimum 200 kg.

- **Tilbudslisten delaftale 5**

Kravet til vægtpacitet ændres for alle typer sejl i delaftale 5. Løftesejl str. XS, S, M, L, XL og XXL skal kunne klare en brugerbelastning på 200 kg.