

Rettelsesblad
pr. 26. marts 2013
vedr.
EU-udbud 2014/S 049-081164

Varmeskabe

Rettelser:

Kravspecifikationen

- Det fremgår ikke helt tydeligt hvad der er mindstekrav og hvad der er bør-krav, dette udspecificeres her:

Delaftale 1:

Kravene 1.1-1.20 er mindstekrav

Kravene 1.21-1.27 er bør-krav

Delaftale 2:

Kravene 2.1-2.23 er mindstekrav

Kravene 2.24-2.30 er bør-krav

Delaftale 3:

Kravene 3.1-3.21 er mindstekrav

Kravene 3.22-3.28 er bør-krav

Kravspecifikation pkt. 1.9, 2.21 og 3.20 Ændres:

- **Tidligere tekst:**

"Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet vedlægge en komplet reservedelsliste med prisoplysninger for de tilbudte skabe."

- **Ny tekst:**

"Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet vedlægge en komplet reservedelsliste for de tilbudte skabe"

Kravspecifikation pkt. 1.5 + 2.6 + 3.6 Specificeres til:

- **Tidligere tekst:**

"Varmeskabet skal være udført med en temperaturalarm med indikeringslys og -lyd, såfremt den forudindstillede temperatur overskrides."

- **Ny tekst:**

"Varmeskabet skal være udført med en temperaturalarm med indikeringslys og -lyd, såfremt den forudindstillede temperatur overskrides *med et forudbestemt interval - f.eks overskridelse på 5 grader.*"

Kravspecifikation pkt. 1.8 + 2.9 + 3.9 Ændres:

- "Varmeskabet skal have justerbar spjældåbning for luftindtag, gående fra 10-100% åbningsgrad."
Dette krav ændres fra mindstekrav til bør-krav.