

### 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1				
1.2				

### 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1	1.27, 2.30 og 3.28. Tb-værdi. Hvis vi skal angive en Tb-værdi må det være relevant, at regionen oplyse rumtemperaturen Tb – værdien skal udregnes efter.	Ved beregning af Tb-værdi forudsættes en rumtemperatur på 22 grader.	12.03.14	26.03.14
2.2	Kan ordregiver bekræfte at de udbudte produkter forhandles af flere end 1 potentiel ordregiver? Produktkravene er så specifikke at de umiddelbart kun matcher produkter fra 1 producent. Produkter der forhandles af 1 leverandør i Danmark.	Ja, flere producenter kan godt byde ind på dette udbud. Bemærk at udbuddet er delt op i 3 delaftaler. Dvs. man kan godt nøjes med at byde på en delaftale, såfremt man ikke har alle størrelser / typer i sit produktprogram.	24.03.14	26.03.14

### 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.1	Herudover kunne jeg foreslå i bad om pris på en servicekontrakt på skabene, hvori der normalt er inkluderet en udmåling på 1 setpunkt og årligt besøg (her har alle brugere jo også muligheden for at få lidt undervisning)	Dette ønsker vi ikke.	12.03.14	26.03.14
3.2	Delaftale 1, 2 og 3: 1.19, 2.21 og 3.20. Reservedelslisterne for de forskellige varmeskabe er meget omfattende. Vil Regionen ikke acceptere f.eks. en liste med de mest bruge reservedele?	Reservedelslister uden prisoplysninger accepteres.	12.03.14	26.03.14

### 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.3	For de små skabe er det et krav at der er tvungen luftcirkulation i skabet	Det accepteres at Mindstekravet 1.7 ændres til et bør-krav	27.03.14	27.03.14
-----	--	--	----------	----------

### 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1	<p>5.4 – Instruktion og undervisning i anvendelse af produktet.</p> <p>5.4.1 Menes der med dette afsnit at dette skal medfølge hvert skab eller kan disse informationer afholdes i en gennemgang? Hvis der menes at denne ydelse skal medfølge hvert skab – bliver omkostningen, set i forhold til, skabenes pris meget omkostningstungt.</p>	Det skal ikke afholdes instruktion og undervisning per skab. Instruktion og undervisning skal alene afholdes, når afdelingerne mener at dette er nødvendigt.	12.03.14	26.03.14
4.2	<p>11. Opstilling og installation 11.1 samt 11.2</p> <p>Den angivne type af skabe er normalt at betragte som "plug and play". Normalt listepriis niveau i de forskellige modeller er nok omkring 8-20 tusinde kr. Hvis der ved hvert skab ønskes opstilling og opmærkning jf. Punkt 11.1 samt efterfølgende Installationsprøve og kontrol jf. punkt 11.2 (og det krævede eftersyn/kalibrering jf. punk13) udgør disse test et væsentligt tidsforbrug med certificeret udstyr. På de ønskede typer af varmeskabe vil disse omkostninger væsentligt overstige selve skabets pris.</p> <p>Mit spørgsmål går på om man kan sætte disse ydelser ud i nogle punkter for sig selv i jeres tilbudslistes. Således kunne der være: Installation i henhold til kontrakten punkt. 11.1</p>	Vi fastholder nuværende model.	12.03.14	26.03.14

#### 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

	Installationsprøve og modtagelseskontrol i henhold til kontrakten punkt. 11.2 Afholdelse af serviceeftersyn i henhold til kontrakten punkt. 13.			
4.3	Kravene 1.5 + 2.6 + 3.6 bedes defineret dybere.	Kravet uddybes til følgende: "Varmeskabet skal være udført med en temperaturalarm med indikeringslys og -lyd, såfremt den forudindstillede temperatur overskrides <i>med et forudbestemt interval - f.eks overskridelse på 5 grader.</i> "	24.03.14	26.03.14
4.4	Vil ordregiver acceptere at kravene Kravet 1.8 + 2.9 + 3.9 ændres til bør-krav?	Ja, dette accepteres.	24.03.14	26.03.14
4.5	Vil ordregiver bekræfte, at der i kravene 1.11 + 2.13 + 3.12 "Der skal være et display på fronten af varmeskabet, der angiver: - Den aktuelle temperatur i skabet. - Den ønskede temperatur i skabet ikke stilles krav om at begge temperaturer vises samtidigt.	Ja, det bekræfter ordregiver.	24.03.14	26.03.14

Der vil blive offentliggjort en ny kravspecifikation efter 2. spørgsmålsfrist.