

Spørgsmål / svar vedr.

EU-udbud 2010/S 185-282532

pr. 5. november 2010:

Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål 1	Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 – 2.2/2.3 <ul style="list-style-type: none"> • Findes specifikke ønsker til de 2 rørtyper? Disse rørtyper beskrives jo i kontraktbilag 2.
Svar 1	Ang. specifikke ønsker er svaret nej.
Spørgsmål 2	Spørgsmål 2 - Kontraktbilag 1 - 2.2 <ul style="list-style-type: none"> • Vi finder ikke i litteraturen analyser der ikke kan udføres ligeværdigt på EDTA K2/EDTA K3. Hvad er årsagen til at der spørges specifikt til K2?
Svar 2	<ul style="list-style-type: none"> • Det har betydning for sporbarhed af referenceområder og kalibrator indenfor hæmatologien.
Spørgsmål 3	Spørgsmål 3 - Kontraktbilag 1 – 2.4 <ul style="list-style-type: none"> • ISO 15189 kan tolkes individuelt af laboratorierne. Hvilke specifikke krav i henhold til udførelse af sænkingsanalysen har laboratorierne valgt at indskrive i eksisterende procedurer.
Svar 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kan ikke besvares.
Spørgsmål 4	Spørgsmål 4 - Kontraktbilag 1 – 2.7 <ul style="list-style-type: none"> – Angiv muligheden for levering af serumrør i glas og plasmaglas – hvad menes hermed?
Svar 4	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har brug for at kunne få leveret alle rørtyper som glasrør. Glasrør betragtes ofte som referencerørtype i valideringsøjemed.

Spørgsmål 5	Spørgsmål 5 - Kontraktbilag 1 - 4.2 <ul style="list-style-type: none"> • Menes analyseliste bilag 4? (og ikke 7 som nævnt – bilag 7 er kvittering for modtagelse) • Det er os bekendt at ikke alle følger de generelle vejledninger fra Tietz Clinical Guide to Laboratory Test, hvorfor et kvalificeret bud på holdbarhed fordrer at det oplyses hvilken type rør der i dag anvendes til de i bilag 4 nævnte analyser? • Skal analyseliste bilag 4 modificeres og anvendes til at påtegne de ønskede informationer, eller kan en separat analyseliste med langt bredere menu anvendes?
Svar 5	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, der menes bilag 4 – analyseliste
Spørgsmål 6	Spørgsmål 6 - Kontraktbilag 1-4.5 <ul style="list-style-type: none"> • Hvad skal den ønskede information anvendes til? • - Vil det blive anset for ukonditionsmæssigt såfremt dette spørgsmål ikke besvares, idet det hidrører confidentielle produktionsrecepter.
Svar 6	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen skal anvendes til at vurdere om rørtypen findes egnet til analyse af lægemidler eller andre analytter på Massespektrometri. • Ja, vi har stillet spørgsmålet fordi det har betydning for udvikling af metoder, derfor vil svaret på spørgsmålet være ja.
Spørgsmål 7	Spørgsmål 7 – Udbudsmateriale - Disposition for tilbud-2.5 <ul style="list-style-type: none"> • Fortegnelse over fremsendte vareprøver anføres i udbudsbilag 7 – side 16. Udbudsbilag 7 er kvittering for modtagelsen.
Svar 7	<ul style="list-style-type: none"> • Det er en fejl – pkt. 2.5 vareprøver skulle have været slettet, da det er udgået
Spørgsmål 8	Spørgsmål 8 <ul style="list-style-type: none"> • Hvor mange vareprøver af hver artikel skal fremsendes?
Svar 8	<ul style="list-style-type: none"> • Der afholdes en tilbudspræsentation, hvor tilbudsgiverne forventes at medbringe relevante vareprøver. • Skulle der herudover opstå behov for vareprøver, forbeholder vi os ret til at rekvirere sådanne hos tilbudsgiverne.
Spørgsmål 9	Spørgsmål 9 – Udbudsmateriale -1.20 Tildelingskriterium med underkriterier <ul style="list-style-type: none"> • Vægtning delaftale 2: Ergonomi og sikkerhed– 40 %. Da ergonomi og sikkerhed vægtes relativt højt ønskes da kun tilbud på præmonterede prøvetagnings sæt, eller ønskes også mulighed for selv at "samle"?
Svar 9	<ul style="list-style-type: none"> • Begge dele kan skrives i kontraktbilag 2
Spørgsmål 10	Spørgsmål 10 <ul style="list-style-type: none"> • På forespørgsel gør Juridisk afdeling i Dansk Erhverv opmærksom på, at udbyder bør tage hensyn til, at eksisterende leverandører der på nuværende tidspunkt allerede har afskrevet udstyr af ønsket karakter opstillet kan tilbyde lavere priser på de ønskede emner. Efter hvilken model beregnes dette mellem modtagne tilbud?
Svar 10	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke i udbudsmaterialet stillet krav om, at det udstyr, der skal stilles til rådighed skal være fabriksnyt. • Underkriteriet økonomi vil – som det fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 1.14 og pkt. 1.20.1 – blive vægtet på baggrund af de tilbudte priser i Tilbudslisten (Kontraktbilag 2).

Spørgsmål 11	Spørgsmål 11 - Bilag 6 <ul style="list-style-type: none"> Hvor mange sænkningssystemer i Regionen er opkoblet i dag?
Svar 11	<ul style="list-style-type: none"> I dag har i alt 5 hospitaler opkoblet – Randers, Silkeborg, Skejby, Psyk., Risskov og Århus Sygehus (Århus har både på NBG og THG).
Spørgsmål 12	Spørgsmål 12 - Bilag 6 <ul style="list-style-type: none"> Hvor mange sænkingsudstyr forventes at skulle nyopkobles ved eventuelt skift af udstyr/leverandør?
Svar 12	<ul style="list-style-type: none"> I fremtiden vil de nævnte i sp. 11 stadig have opkobling. Derudover påtænker yderligere 3 hospitaler at blive opkoblet – Grenå, Viborg og Horsens. Herning og Holstebro er endnu usikker på om de vil opkobles.
Spørgsmål 13	Spørgsmål 13 - Kontraktbilag 2 <ul style="list-style-type: none"> Pos 2 - Forventer laboratorierne en 100% konvertering til den internationale standard 3,2 % citrat på sigt?
Svar 13	<ul style="list-style-type: none"> På sigt forventer vi, at rutineanalyserne konverteres til 3,2 % citrat
Spørgsmål 14	Spørgsmål 14 - Kontraktbilag 2 <ul style="list-style-type: none"> Pos 14-15-16-17-18 – Kan der her tilbydes modsvarende rør med samme funktionalitet om end additivet kan variere?
Svar 14	<ul style="list-style-type: none"> Alternative rørtyper kan skrives i kontraktbilag 2
Spørgsmål 15	Spørgsmål 15 - Kontraktbilag 1 <ul style="list-style-type: none"> Pkt 2.2 og pkt 2.3: står der " beskriv hvilke størrelser/ml rør forefindes i". Mit spørgsmål er, Ønskes der rør med transparent eller papiretikette?
Svar 15	<ul style="list-style-type: none"> Både transparent og papiretikette kan anvendes.
Spørgsmål 16	Spørgsmål 16 - Kontraktbilag 1 – 4.2 (hvor det antages at der henvises til bilag 4 som hedder analyseoversigt) <ul style="list-style-type: none"> For at kunne give et så præcist svar som muligt har vi behov for at vide hvilke testkit der anvendes til de anførte analyser, og hvilket instrument de analyseres på ?
Svar 16	<ul style="list-style-type: none"> (Se vedhæftet fil)
Spørgsmål 17	Spørgsmål 17 1.7 i Udbudsmaterialet – <ul style="list-style-type: none"> Fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet er kun til den 13/10. Normalt siger udbudsreglerne 6 dage før tilbudsfrist? Vi forstår at nogle spørgsmål, beroende på karakter, kan blive besvaret frem til 1/11. Kan I ændre i underlaget således at alle spørgsmål vil blive besvaret frem til den 1/11?
Svar 17	<ul style="list-style-type: none"> Udbudsreglerne siger, at <u>svaret</u> på indkomne spørgsmål skal offentliggøres senest 6 dage før tilbudsfrist. De i udbudsmaterialet angivne frister for at stille <u>spørgsmål</u>

	bibeholdes.
Spørgsmål 18	Spørgsmål 18 – 2.1 i Udbudsmaterialet <ul style="list-style-type: none"> • Mangler udbudsbilag 8?
Svar 18	<ul style="list-style-type: none"> • Nej, det er en fejl - der er kun 7 udbudsbilag.
Spørgsmål 19	Spørgsmål 19 - 2.5 i Udbudsmaterialet <ul style="list-style-type: none"> • "Fortegnelse over fremsendte vareprøver anføres i Bilag 7". Bilag 7 er kvittering for aflevering. Er det mon den manglende udbudsbilag 8 der her tænkes på?
Svar 19	<ul style="list-style-type: none"> • Når der kun er udbudsbilag 1-7, skyldes det, at bilaget til registrering af fremsendte vareprøver er udgået, idet der afholdes en tilbudspræsentation, hvor tilbudsgiverne forventes at medbringe relevante vareprøver. • Skulle der herudover opstå behov for vareprøver, forbeholder vi os ret til at rekvirere sådanne hos tilbudsgiverne.
Spørgsmål 20	Spørgsmål 20 <ul style="list-style-type: none"> • Hvor mange vareprøver ønskes og hvilke produkter? Hvornår skal disse indsendes?
Svar 20	<ul style="list-style-type: none"> • Se svaret på foregående spørgsmål (spørgsmål 19).
Spørgsmål 21	Spørgsmål 21 - 2.1 og 7.1 i Kontraktbilag 1 <ul style="list-style-type: none"> • I Kontraktbilag 1, punkt 2.1 og 7.1 står at "...kontraktbilag 2 skal udfyldes med hele sortimentet..." . I Udbudsmaterialet punkt 1.18 står "Der tages forbehold for at et enkelt/enkelte produkter kan undtages fra aftalen hvis sortimentet hos den valgte leverandør ikke dækker ordregivers behov 100%." Gælder forbeholdet i udbudsmaterialet 1.18? •
Svar 21	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, forbeholdet i udbudsmaterialets pkt. 1.18 gælder.
Spørgsmål 22	Spørgsmål 22 - Kontraktbilag 2, Pos. 6 <ul style="list-style-type: none"> • Skal det være glas eller plastrør? Os bekendt findes der ikke serum-plastrør uden koagulationsaktivator.
Svar 22	<ul style="list-style-type: none"> • Begge dele kan skrives i kontraktbilag 2
Spørgsmål 23	Spørgsmål 23 – Kontraktbilag 1, 6.2 <ul style="list-style-type: none"> • Dette A-krav er vel ikke aktuelt for Kanyler, sommerfugle, holdere og adapter. Er kravet ikke kun for forsendelse af biologisk material?
Svar 23	<ul style="list-style-type: none"> • Ja - det er en fejl
Spørgsmål 24	Spørgsmål 24 – Kontraktbilag 1, 8.5 <ul style="list-style-type: none"> • Hvilken type dokumentation ønskes?
Svar 24	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation for hvordan tilbudsgiver sikre en optimal skarphed
Spørgsmål 25	Spørgsmål 25 – Kontraktsudkast 4.4 <ul style="list-style-type: none"> • Kan teksten "Leverandøren er desuden forpligtet til uopfordret en gang årligt at fremsende oversigt over antal reklamationer og evt. recalls..." ændres til "Leverandøren er desuden forpligtet til at på anmodning..."

Svar 25	<ul style="list-style-type: none"> • Nej, indtil videre ønskes en årlig oversigt over reklamationer m.v.
Spørgsmål 26	<p>Spørgsmål 26 – Kontraktbilag 2 – Tilbudsliste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Position 13 har I skønnet et årsforbrug på 1.400.000 på K3EDTA. I kontraktbilaget 1 pkt. 2.2 A-krav, ønskes et tilbud på K2EDTA. Hvorledes kan det være at I ønsker et tilbud på K2EDTA når Jeres årsforbrug på K3EDTA er højere end K2EDTA?
Svar 26	<ul style="list-style-type: none"> • Grunden til pkt. 2.2 ses af svaret på spørgsmål 2. Pkt. 2.2 ændres til at omfatte både K2EDTA og K3EDTA.
Spørgsmål 27	<p>Spørgsmål 27 – Kontraktbilag 2 – Tilbudsliste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Position 28, ønskes et anbrud på propper. Spørgsmålet er, om I ønsker nogle bestemte farver på de ønskede antal propper.
Svar 27	<ul style="list-style-type: none"> • Langt de fleste af de propper, der leveres i dag, er hvide, så det vil vi gerne have tilbud på.
Spørgsmål 28	<p>Spørgsmål 28 – Kontraktbilag 2 – Tilbudsliste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbudslisten på rør, er der en kolonne der hedder "materiale" og en kolonne der hedder " holdbarhed Anbrud på inderpakning ", samt en kolonne der hedder "Indhold i salgsenhed" og " Type salgsenhed" Hvad menes med dette?
Svar 28	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale = materialet på røret • Holdbarhed Anbrud på inderpakning = når inderpakningen tages af er der begrænset holdbarhed. Den vil vi gerne have. • Type salgsenhed = hvilke enheder sælger I i (fx æske, karton) • Indhold i salgsenhed = hvad er antallet deri